

Số: 1047./TM-TTYTCL

Cam Lộ, ngày 11 tháng 9 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua sắm trang thiết bị triển khai các dịch vụ y học cổ truyền, phục hồi chức năng

Kính gửi: Các nhà thầu.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định Số: 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ĐVSN công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Trung tâm y tế Huyện Cam Lộ có nhu cầu xây dựng kế hoạch để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá đối với danh mục trang thiết bị như sau:

1. Danh mục báo giá:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật/ Đặc tính sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Máy điện Xung	- Tần số sóng trung tần: 2kHz ~ 6kHz - Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 0 - 150Hz - Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 - 100mA - Độ ổn định cường độ truy xuất: $\leq \pm 5$ - Điện áp nguồn: 220V \pm 22V / 50Hz \pm 1Hz - Công suất truy nhập: $\leq 35VA$ - Phạm vi gia nhiệt tắm bản cực: 38°C ~ 55°C, phân 6 cấp, chênh lệch $\pm 2^\circ C$	Cái	7

		<ul style="list-style-type: none"> - Đường trục xuất gia nhiệt: 2 đường - Kích thước vỏ hộp: 33cm x 25cm x 14cm - Trọng lượng bao bì: 2.65 kg - Bảo hành: 12 tháng - Bộ sản phẩm gồm: 01 dây nguồn, 01 đôi tấm điện cực to, 01 đôi tấm điện cực nhỏ, 02 đôi túi nhung (1 đôi cho điện cực to và 1 đôi cho điện cực nhỏ), 02 cái dây đai, 02 chiếc cầu chì, 1 Sách HDSD, 35 phác đồ điều trị (có tiếng Việt hướng dẫn chi tiết). 		
2	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"> + 5 Cổng Ra 10 Kim. + Nguồn điện 6V (4 pin x 1.5V) + Dạng xung: Dạng dao động nghệt sử dụng cả phần âm và dương + Tần số: 0.5HZ đến 50HZ + Biện độ xung ra: 90 đến 120V (+) (-) 10%, Chất liệu: Kim loại. 	Bộ	60

2. **Thời gian nhận báo giá:** Từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023;

3. **Bảng chào giá xin gửi về:**

Bản giấy: Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm y tế huyện Cam Lộ, số 71 đường 2 tháng 4, Khu phố 4 thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Bản mềm: khoaduoccamlo@gmail.com


Số điện thoại liên hệ: **Ds. Lê Văn Đông 0915.255.355.**

Trung tâm y tế huyện Cam Lộ rất mong nhận được sự tham gia của quý công ty.

Nơi nhận:

- Giám đốc, các phó giám đốc;
- Phòng TC-KT (phối hợp t/h);
- Phòng KHNV (Đăng tải lên Website trung tâm);
- Lưu VT, Khoa Dược-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quảng